107 от 30.10

МП9570763

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.07.000М.001281.10.18. от 25.10.2018 года

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, используемые для осуществления медицинской деятельности (см. приложение)
Общество с ограниченной ответственностью «ВудСтом»
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, гор. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Линейная, д.23, помещения №№ 68 – 79, 80 - 92

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью «ВудСтом»
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Линейная,д.23, помещение № 69

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий деятельности от 12.10.2018 года № 104465
Экспертное заключение от 11.10.2018 года № 8427/03-1 выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АМ6696811

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) (Ф. И. О., подпись, печать)

№2997381

МП9570644

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 23.КК.07.000М.001281.10.18. от 25.10.2018 года

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- анестезиологии и реаниматологии
- сестринскому делу
- стоматологии
- стоматологии ортопедической
- стоматологии профилактической

2)) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- организации здравоохранения и общественному здоровью

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- анестезиологии и реаниматологии
- организации здравоохранения и общественному здоровью
- рентгенологии
- ортодонтии
- стоматологии общей практики
- стоматологии ортопедической
- стоматологии детской
- стоматологии терапевтической
- стоматологии хирургической

АИ66696796

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Ф.И.О., подпись, печать Т.В. Грецина

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2018 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.03.000.М.000593.07.20 от 14.07.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложения. ООО «ВудСтом», 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Линейная, д. 23, офис 69, помещения 68, 68/1, 77.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью «ВудСтом».
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Линейная, д. 23, офис 69.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 19.06.2020 № 2283. Экспертное заключение от 17.06.2020 № 3309/03-1 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов.

Заключение действительно до 14.07.2025 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Ф., И., О., подпись, печать

№3194976

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 23.КК.03.000.М.000593.07.20 от 14.07.2020 г.

Марка аппарата – *1. «FONA XPan 3D»; 2. «REXTAR LCD» с радиовизиографической приставкой.*
Тип аппарата –*1-2 Диагностический.*
Место расположения кабинетов: *Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Линейная, д. 23, офис 69, 1-расположен на первом этаже многоэтажного жилого здания, помещения 68, 68/1; 2-расположен на первом этаже многоэтажного жилого здания, помещения 77.*
Заводской номер - *1. № 3306CT4653; 2. № RTX-1302-016.*
Год выпуска – *1. 2017 г.; 2. 2013г.*
Год ввода в эксплуатацию – *1. 2018 г.; 2. 2014г.*
Характеристика ИИИ:
Номинальное напряжение (кВ) – *1. 85; 2. 70.*
Номинальная сила тока (mA) – *1. 10; 2. 2.*
Вид работ – *1-2 Стационарная рентгенография.*

Ограничительные условия: *Строгое соблюдение требований НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 1192-03, СанПиН 2.1.3.2630-10.*

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Ф., И., О., подпись, печать

В. И. ЕГОРОВ

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.